

**ERRATA 001**

**LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 144/2024-CL/EMSERH**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2024.110215.35958- EMSERH**

**OBJETO:** Contratação de empresa para aquisição de Materiais Médico-Hospitalares, Tipo: PERFUROCORTANTES, para atender a demanda das Unidades Hospitalares Administradas pela Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares - EMSERH.

O Agente de Licitação da **EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EMSERH**, tendo em vista o pedido de esclarecimento apresentado e com base na manifestação da Gerência da Central de Abastecimento Hospitalar da EMSERH (ID:5467044) setor técnico responsável, resolve alterar os MATERIAIS dos ITENS 8 e 9 Anexo I - Termo de Referência, e consequentemente os ITENS 8 e 9 do Anexo II - Modelo de Proposta de Preços, para o texto que segue:

**LÊ-SE CORRETAMENTE OS MATERIAIS DOS ITENS 8 E 9 DO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA E OS ITENS 8 E 9 DO ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS DO EDITAL:**

**Item 8** - LANCETA, MATERIAL LÂMINA AÇO INOXIDÁVEL, PONTA AFIADA, TRIFACETADA, USO DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, TIPO COM SISTEMA RETRÁTIL. Obs: O produto deve atender às especificações complementares conforme segue abaixo: Lanceta automática estéril e descartável para punção, confeccionada em aço inox, ponta afiada, bisel trifacetado, embutido firmemente em corpo plástico ou outro material compatível, com tampa protetora de fácil remoção e que proteja a lanceta após o uso, embalagem individual, resistente que garanta a integridade do produto até o momento do uso, trazendo externamente dados de fabricação, esterilização e procedência e estar em conformidade com a NR 32. As lancetas oferecidas deverão estar de acordo com as normas estabelecidas pelo Ministério da Saúde e Anvisa, com design ergonômico para fácil manuseio e segurança na punção. O material deverá apresentar na parte externa da embalagem os dados de fabricação e procedência. Agulha: Aço inoxidável; Corpo da lanceta em plástico e tampa em ABS. Tamanho: 21 G. **Profundidade Máxima de 21 G/2,2 mm**. Validade: 05 anos após a esterilização.

**Item 9** - LANCETA, MATERIAL LÂMINA AÇO INOXIDÁVEL, PONTA AFIADA, TRIFACETADA, USO DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, TIPO COM SISTEMA RETRÁTIL. Obs: O produto deve atender às especificações complementares conforme segue abaixo: Lanceta automática estéril e descartável para punção, confeccionada em aço inox, ponta afiada,

bisel trifacetado, embutido firmemente em corpo plástico ou outro material compatível, com tampa protetora de fácil remoção e que proteja a lanceta após o uso, embalagem individual, resistente que garanta a integridade do produto até o momento do uso, trazendo externamente dados de fabricação, esterilização e procedência e estar em conformidade com a NR 32. As lancetas oferecidas deverão estar de acordo com as normas estabelecidas pelo Ministério da Saúde e Anvisa, com design ergonômico para fácil manuseio e segurança na punção. O material deverá apresentar na parte externa da embalagem os dados de fabricação e procedência. Agulha: Aço inoxidável; Corpo da lanceta em plástico e tampa em ABS. Tamanho: 26 G. **Profundidade Máxima de 26 G/1,8 mm.** Validade: 05 anos após a esterilização.

Comunicamos que esta **ERRATA 001** será disponibilizado no site da EMSERH, [www.emserh.ma.gov.br](http://www.emserh.ma.gov.br), bem como no portal do licitações-e, [www.licitacoes-e.com.br](http://www.licitacoes-e.com.br).

Por fim, comunico que **FICA ADIADA**, a data da Sessão de Abertura da **Licitação Eletrônica nº 144/2024**, para às **09h00min do dia 31/01/2025**, ficando as demais condições inalteradas.

Esclarecimentos adicionais serão prestados, de segunda a sexta, das **08h00min às 12h00min** e das **14h00min às 18h00min.**, na CL/EMSERH localizada à Avenida Borborema quadra 16 nº 25 bairro Calhau, nesta cidade e/ou pelo telefone (98) 3235-7333.

São Luís (MA), 10 de Janeiro de 2025.

**Lauro César Costa**  
Agente de Licitação da CL/EMSERH  
Matricula nº 528